ご家庭での吸入療法のために
ネスコジェットの使用説明書

素晴らしい健康の架け橋を

担当医師の連絡先

病医院名

担当医師名

☎

ここに担当医師の連絡先を書いて、緊急時にお役立てください。

ネスコジェット AZ-11

医療機器届出番号　27B1X00017C00003

アルフレッサ ファーマ株式会社

ご家庭での効果的な吸入療法のために

監修：東神戸病院　小児科
森岡芳雄先生

1. 使用する薬剤の種類や量、吸入回数、間隔については、担当医師の指示をお守りください。

2. **吸入前には…**軽くてもぜんそく発作の出ている場合には、水分をとり、ゆっくりと腹式呼吸を行い、排痰に努めた後に吸入しましょう。
   吸入中に… 咳や痰がでてきたら吸入をやめて、排痰をして、呼吸を整えてから吸入を再開しましょう。

   吸入療法中に「**おかしいな**」と思ったら、そのまま吸入を続けず、中断して**担当医師に相談**しましょう。

※ 手元のスイッチで簡単に「ストップ」「スタート」ができます。

3. 正しい姿勢でネブライザー部をまっすぐに持って吸入しましょう。気管支喘息でお使いの際は、メモリ１でゆっくり吸入しましょう。

4. ネブライザーは洗浄などを通じて清潔に保つようにしてください。

5. 症状が改善し、病状が軽くなっても、担当医師の指示を守り、吸入療法を継続してください。

はじめて使う方のために

- 部品がすべて揃っているか確認してください。
  部品は１つでもないと薬剤を吸入することができません。

- また、はじめてご使用になる前には、次に示すように洗浄・消毒からはじめてください。

ネブライザーはいつも清潔に保ちましょう

吸入前の準備

ネブライザー（イC）を箱から出して
ABCDEを分解する

1日1回のお手入れ

洗浄・消毒

鍋でわかした熱水にABCDEを入れ消毒

火を止める

お湯をわかす

熱水で3分以上
（取り出す時はやけどをしないように少しさましてから取り出しましょう）

自然乾燥

＊乾燥中に汚染されないようにしましょう

きれいなタオル

吸入チューブは汚れをふきとります（熱水消毒はしなくてもよい）

空ぶかし

薬液による目づまりを防ぐために空ぶかしをしましょう。

吸水管を再びつけて空ぶかしする

D

吸入後のお手入れ方法

1 吸入チューブをはずす

2 薬液槽をはずす

3 マウスピースをはずす

4 外気導入管をはずす

5 吸水管をはずす

6 十分に薬液槽をふって薬液をすてる

7 水洗する

部品をなくさないように気をつけましょう

清潔にするために

本体はときどき湿らせた布でふきましょう。使わないときは収納カバーをつけてダストカバーをかけておきましょう。

薬液がすぐ出なくなるときは

- 霧化メモリ1でご使用になっていますか
- 医師から指示された薬液量の総量が2mL以上になっていますか
  - 本機種は2mL以上での使用になっています。2mL以下の薬液吸入の場合は、担当医師にご相談ください。

薬液の霧が出ないときや出にくいときは

- 吸入チューブが折れていませんか
- 薬液槽のノズルがつまっていませんか
- 吸水管の穴がつまっていませんか
  - 空ぶかし
    （使用後すぐに空ぶかしをすると効果的です。）
- エアーフィルターが目づまりしていませんか

エアーフィルターの交換は

- 約1ヶ月を目安にし適時交換してください。

（フィルターカバーを本体からはずし、エアーフィルターを交換してください。）

修理の依頼は

正常に動かない場合は、分解せずにそのままお買い上げの販売店にご相談ください。

詳しくは本体添付の添付文書、取扱説明書をお読みください。

用途によりネスコジェットオプションをご利用ください。

ⓑネスコジョイントは自由に向きが変えられるのでお子様をだっこして吸入できます。

ⓐネスコマスクをⓑにつけると吸入がむつかしい赤ちゃんやお年寄りも容易に吸入できます。

またⓒ蛇管をⓑにつけてⓒの先端にⓐをつけると眠っているお子様やお年寄りを起こさずに寝たままで吸入することができます。

鼻からの吸入にはⓔ鼻管をⓓ鼻管用パイプにつけた後ⓔをⓑに入れます。

鼻アレルギーの人もⓑⓓⓔを使って容易に吸入できます。

※ 鼻管用オプションを使うときはⓐⓑⓒⓓⓔと同様に消毒保管してください。

ネスコマスクセット（3点入）

ⓐネスコマスク

ⓑネスコジョイント

ⓒ蛇 管

ⓓ鼻管用パイプ

ⓔ鼻管

⚠ 使用上の注意

吸入時の感染および商品の変形や破損を防止するために適切な滅菌、消毒を行なってください。
ⓔは、われにくい硬質のガラスを使用していますが取り扱いには十分ご注意ください。

標準付属品やオプションの購入は

お買い上げの販売店にご相談ください。

品名	ネスコマスク AZ11 S-1	ネスコジョイント AZ11 S-2	ネスコマスクセット（3点入） AZ11 S-4	鼻管用パイプ AZ11 S-5	ネブライザー（マウスピース付） AZ11-1
規格	1入	1入	セット	2入	1入
希望小売価	900円	750円	2,000円	480円	3,300円
品名	マウスピース AZ11-2	吸入チューブ（両端プラグ付） AZ11-3	エアーフィルター AZ11-4	フィルターカバー AZ11-5	吸水管 AZ11-8
規格	2入	1入	10入	1入	2入
希望小売価	900円	1,100円	600円	550円	500円
品名	L型プラグ AZ11-9	外気導入管 AZ11-22	Oリング AZ11-21	鼻管	
規格	2入	2入	10入	1入	
希望小売価	300円	1,140円	2,000円	850円	

0120-364-166
フリーダイヤル

アルフレッサファーマ株式会社 メディカルディバイス本部 MD推進部にお問い合せください。

製造販売元 alfresa アルフレッサ ファーマ株式会社
大阪市中央区石町二丁目2番9号 〒540-8575
〈資料請求先〉
アルフレッサ ファーマ株式会社
メディカルディバイス本部　MD推進部
TEL 06-6941-0303　FAX 06-6941-4866
フリーダイヤル 0120-364-166
（時間 9：00〜17：00　土・日・祝祭日を除く平日）

大阪事業所	06-6941-2818
東京事業所	03-5695-4145
名古屋支店	052-218-5251
福岡支店	092-283-6306
広島支店	082-545-7835
高松支店	087-863-7181
仙台支店	022-295-0631
札幌支店	011-281-3000

お問い合わせ先（別売品購入、修理）

※製品改良のため予告なく仕様を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

2010 04 30〔1〕(B)-3
2010年4月改訂
4440900103